



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB 84924656517
MB 03208036

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Urbroj: 1/2-6897/19-58
Zagreb, 23. kolovoza 2019.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



MINISTARSTVO ZNANOSTI
I OBRAZOVANJA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

IZVJEŠĆE

o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave

I. Podaci o postupku javne nabave koji se priprema

- Javni naručitelj :**
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517
- Odgovorna osoba javnog naručitelja :** ravnatelj prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.
- Predmet nabave :**
Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014
- Evidencijski broj nabave :** 48/2019
- Ukupna procijenjena vrijednost nabave :** 13.446.931,67 kuna (bez PDV-a)
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi **13.446.931,67 kuna**, odnosno po grupama nabave kako slijedi:
 - grupa Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina 220.000,00 kuna
 - grupa Protočni citometar 1.410.000,00 kuna
 - grupa Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku 298.000,00 kuna
 - grupa Fluorescentni mikroskop 214.693,00 kuna
 - grupa Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s

6. grupa	trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)	2.067.050,30	kuna
	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar	437.428,35	kuna
7. grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju	2.867.961,88	kuna
8. grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)	396.099,00	kuna
9. grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima	118.045,00	kuna
10. grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkriptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA	3.786.622,41	kuna
11. grupa	Pomoćna laboratorijska oprema	1.409.281,15	kuna
12. grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema	110.035,78	kuna
13. grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova	75.140,00	kuna
14. grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku	11.744,04	kuna
15. grupa	Automatske varijabilne pipete	24.830,76	kuna.

6. Izvor sredstava :

Procijenjena vrijednost iz točke 5. ovog Izvješća osigurana je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.01.1.1.02.0014 Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice, od 28. svibnja 2018.

7. Pozicija financijskog plana : 4224

8. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave :

postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

9. Odabrani postupak javne nabave :

otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

II. Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. Podaci o dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

1. DON i troškovnici – 4. savjetovanje.rar (komprimirana mapa) sa sljedećim dokumentima:
 - DON 4. NACRT – analitička oprema.doc
 - Troškovnici (komprimirana mapa) sa sljedećim pojedinačnim dokumentima:
 01. grupa – Viskozimetar – 4. savjetovanje.xls
 02. grupa – Protočni citometar – 4. savjetovanje.xls
 03. grupa – Automatizirana ELISA – 4. savjetovanje.xls
 04. grupa – Mikroskop – 4. savjetovanje.xls
 05. grupa – LC-MS – 4. savjetovanje.xls
 06. grupa – AAS i spektrofotometar – 4. savjetovanje.xls
 07. grupa – Pre- i analitička za genotipizaciju – 4. savjetovanje.xls
 08. grupa – Digitalni PCR – 4. savjetovanje.xls
 09. grupa – Fotometar za niske konc. DNA i RNA – 4. savjetovanje.xls
 10. grupa – Sekvenciranje genoma i fragmenata – 4. savjetovanje.xls
 11. grupa – Pomoćna laboratorijska oprema – 4. savjetovanje.xls
 12. grupa – Pomoćna sitna laboratorijska oprema – 4. savjetovanje.xls
 13. grupa – Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova – 4. savjetovanje.xls
 14. grupa – Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku – 4. savjetovanje.xls
 15. grupa – Automatske varijabilne pipete – 4. savjetovanje.xls

2. Podaci o dokumentaciji objavljenoj na web-stranici naručitelja radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

1. DON 4. NACRT – analitička oprema
2. Troškovnici – 4. nacrtr.rar (komprimirana mapa) sa sljedećim pojedinačnim dokumentima:
 01. grupa – Viskozimetar – 4. savjetovanje.xls
 02. grupa – Protočni citometar – 4. savjetovanje.xls
 03. grupa – Automatizirana ELISA – 4. savjetovanje.xls
 04. grupa – Mikroskop – 4. savjetovanje.xls
 05. grupa – LC-MS – 4. savjetovanje.xls
 06. grupa – AAS i spektrofotometar – 4. savjetovanje.xls
 07. grupa – Pre- i analitička za genotipizaciju – 4. savjetovanje.xls
 08. grupa – Digitalni PCR – 4. savjetovanje.xls
 09. grupa – Fotometar za niske konc. DNA i RNA – 4. savjetovanje.xls
 10. grupa – Sekvenciranje genoma i fragmenata – 4. savjetovanje.xls
 11. grupa – Pomoćna laboratorijska oprema – 4. savjetovanje.xls
 12. grupa – Pomoćna sitna laboratorijska oprema – 4. savjetovanje.xls
 13. grupa – Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova – 4. savjetovanje.xls
 14. grupa – Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku – 4. savjetovanje.xls
 15. grupa – Automatske varijabilne pipete – 4. savjetovanje.xls
3. Projektno-tehnička dokumentacija (komprimirana mapa) sa sljedećim pojedinačnim dokumentima:
 1. Idejni projekt.pdf
 - 2.1. Glavni arhitektonski projekt.pdf
 - 2.2. Glavni projekt elektrotehničkih instalacija.pdf
 - 2.3. Glavni projekt instalacije vodovoda i odvodnje.pdf
 - 2.4. Glavni projekt strojarskih instalacija-hlađenja, grijanja i ventilacije.pdf
 3. Izvedbeni projekt.pdf
 - 4.1. Projekt opreme.pdf
 - 4.2. Elaborat tehničko tehnološkog rješenja.pdf

3. Trajanje savjetovanja vezano uz dokumentaciju navedenu pod točkama 1. i 2. ove cjeline:
od 12. do 19. kolovoza 2019.

4. Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Tijekom razdoblja savjetovanja navedenim u prethodnoj točki ovog Izvješća naručitelj je zaprimio sljedeće upite, primjedbe i/ili prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata

1. UPIT

"Predložena procijenjena vrijednost za grupu 14 – elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku iznosi 11.744,04 kn. Obzirom da je planirana procijenjena vrijednost za predmetnu grupu nerealno niska predlažemo korekciju procijenjene vrijednosti na minimalno 90.000,00 kn."

2. UPIT

"Sukladno članku 202. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, na snazi od 01.01.2017.), pravovremeno dostavljamo zahtjev za izmjene u vezi s gore navedenom dokumentacijom o nabavi.

Zahtijevamo da se u dokumentu **TROŠKOVNIK 11. grupa - Pomoćna laboratorijska oprema - 4. savjetovanje.xls** promijeni sljedeća stavka iz tehničke specifikacije uređaja:

br. stavke 10 - Laboratorijski zamrzivač br. 3

10.12 Grafički snimač temperature s tintom

POJAŠNJENJE:

Zainteresirani gospodarski subjekt smatra da bi prihvaćanjem traženih izmjena prilagodio specifikaciju uređaja tako da odgovara većem broju ponuditelja, pritom ne narušavajući traženu kvalitetu ili funkcionalnost za sustav za pripremu i razlijevanje podloga. Stoga, Asolutic d.o.o. zahtjeva da se tražena specifikacija korigira kako bi prilikom odabira naručitelj imao veći izbor (više ponuditelja) i time povećao mogućnost odabira najkvalitetnijeg uređaja na tržištu.

STOGA PREDLAŽEMO SLJEDEĆE:

br. stavke 10 - Laboratorijski zamrzivač br. 3

10.12 Grafički snimač temperature

Zainteresirani gospodarski subjekt smatra da bi prihvaćanjem traženih izmjena prilagodio specifikaciju uređaja tako da odgovara većem broju ponuditelja, pritom ne narušavajući traženu kvalitetu ili funkcionalnost za sustav za pripremu i razlijevanje podloga. Stoga, Asolutic d.o.o. zahtjeva da se tražena specifikacija korigira kako bi prilikom odabira naručitelj imao veći izbor (više ponuditelja) i time povećao mogućnost odabira najkvalitetnijeg uređaja na tržištu.

Ovim izmjenama ne krše se osnove Zakona o Javnoj nabavi, već se svim ponuditeljima nudi jednak tretman uz maksimalnu transparentnost. Za sva dodatna pojašnjenja rado ćemo Vam odgovoriti na sva pitanja."

5. Odluka naručitelja o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Ad 1. UPIT)

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se ne usvaja jer je procijenjena vrijednost 14. grupe Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku određena sukladno iznosu koji je naručitelju, kao korisniku projekta, određen Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz točke I.6. ovog Izvješća.

Ad 2. UPIT)

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom troškovnika u dijelu koji se odnosi na 11. grupu Pomoćna laboratorijska oprema 10. stavku Laboratorijski zamrzivač br. 3 podstavku 10.12.se ne usvaja uz pojašnjenje da će naručitelj pod istom prihvatiti sve vrste ispisa.

6. IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI TEMELJEM VLASTITOG NAKNADNOG UVIDA NARUČITELJA:

a) DOKUMENTACIJA O NABAVI – promijenjeni su slijedeći dijelovi teksta :

- 1/81 stranica

- briše se dio teksta tako da isti glasi:

"4. NACRT

sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016 naručitelj stavlja Dokumentaciju o nabavi i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

u razdoblju od 12. do 19. kolovoza 2019."

- mijenja se dio teksta na dnu stranice, tako da isti glasi:

"Urbroj : 1/2-1438/19-59

Zagreb, 23. kolovoza 2019."

- 6/81-7/81 stranica

u točki 1.11. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dodaje se nova rečenica ispred Napomene, tako da iste glase:

"23. kolovoza 2019. naručitelj je objavio izvješće s 4. prethodnog savjetovanja kojim je odgovorio na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata, te je istog datuma objavio dokumentaciju o nabavi i troškovnike na prethodno navedenoj internetskoj stranici EOJN RH i na vlastitoj internetskoj stranici."

- **45/81 stranica**

u točki 7.5. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda mijenjaju se prva i treća rečenica, tako da iste glase:

*"Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do **03. listopada 2019. do 13:00 sati.**"*

*"Javno otvaranje ponuda održat će se **03. listopada 2019. u 13:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb** (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11)."*

B. PRIJEDLOG UGOVORA

- **52/81 – 53/81 stranica**

u članku 4. na kraju stavka.4.3 mijenja se dio teksta koji se odnosi na 14. i 15. grupu, tako da isti glasi:

14. grupa *Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku*

- *osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.*

15. *Automatske varijabilne pipete*

- *osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 8 (osam) sati tijekom 1 (jednog) radnog dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rukovanje s pipetama."*

D. TROŠKOVNIK

- U troškovniku 12. grupe Pomoćna laboratorijska oprema ispravljen je naziv grupe u prvom redu excel tablice tako da ista glasi kako je navedeno.

Navedene izmjene unijete su u tekst dokumentacije o nabavi i pripadajućih troškovnika, te će biti objavljenu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na web-stranici naručitelja.

Ovjeravaju ovlašteni predstavnici Naručitelja :

- osobe koje su izvršile analizu tržišta i provele prethodno savjetovanje:

1. prof.dr.sc. Nada Vrkić, spec.med.biokemije

2. Mia Primorac, dipl.iur.

