



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB 84924656517
MB 03208036

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Urbroj: 1/2-6897/19-47
Zagreb, 01. kolovoza 2019.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



MINISTARSTVO ZNANOSTI
I OBRAZOVANJA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Služba nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice donosi

Izvješće o izmjenama i dopunama IZVJEŠĆA

o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave

I.

U Izvješću o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave Urbroj: 1/2-6897/19-43, od 28. srpnja 2019., objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 28. srpnja 2019. u cjelini

II. Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju radi analize tržišta i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

mijenja se točka

4. Podaci o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata:

u dijelu koji se odnosi na 3. do 6. upit, kako slijedi:

- *iza 2. upita dodaje se novi 3. upit, tako da isti glasi:*

"Sukladno članku 202. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, na snazi od 01.01.2017.), pravovremeno dostavljamo zahtjev za izmjene u vezi s gore navedenom dokumentacijom o nabavi.

Zahtijevamo da se u dokumentu **Troškovnik- 11. grupa - Pomoćna laboratorijska oprema.xlsx** promijeni sljedeće stavke iz tehničke specifikacije uređaja:

Broj stavke	Tražene tehničke specifikacije
1.2	Vanjske dimenzije: dubina 70 do 40 cm, širina 130 do 160 cm
4.2	Temperaturni raspon najmanje od -4 °C do +40 °C; ugađanje temperature u intervalima od po 1 °C ili manje.
4.8	Vremenski raspon programa centrifugiranja: najmanje 1- 40 min u razmacima od po 1 minute ili manje
5.18	4 adaptera kompatibilna s epruvetama od 5 - 7mL, broj mjesta po adapteru 44 ili više
6.2	Najveće dopuštene vanjske dimenzije perilice ograničene su zadanim laboratorijskim prostorom koji je širok 123 cm, dubok 75 cm i visok 40 cm.
6.3	Pranje do 45 °C - antibakterijska toplinska dezinfekcija.
9.4	Vanjske dimenzije: širina najviše 450, visina najviše 2000 mm

POJAŠNJENJE:

Asolutic d.o.o. smatra da bi prihvaćanjem traženih izmjena prilagodio specifikaciju uređaja tako da odgovara većem broju ponuditelja, pritom ne narušavajući traženu kvalitetu ili funkcionalnost za Pomoćnu laboratorijsku opremu. Stoga, Asolutic d.o.o. zahtjeva da se tražena specifikacija korigira kako bi prilikom odabira naručitelj imao veći izbor (više ponuditelja) i time povećao mogućnost odabira najkvalitetnijeg uređaja na tržištu.

STOGA PREDLAŽEMO SLJEDEĆE:

Broj stavke	Tražene tehničke specifikacije
1.2	Vanjske dimenzije: dubina 70 do 90 cm, širina 130 do 160 cm
4.2	Temperaturni raspon najmanje od -9 °C do +40 °C; ugađanje temperature u intervalima od po 1 °C ili manje.
4.8	Vremenski raspon programa centrifugiranja: najmanje 1- 90 min u razmacima od po 1 minute ili manje
5.18	4 adaptera kompatibilna s epruvetama od 5 - 7mL, broj mjesta po adapteru 49 ili više
6.2	Najveće dopuštene vanjske dimenzije perilice ograničene su zadanim laboratorijskim prostorom koji je širok 123 cm, dubok 75 cm i visok 90 cm.
6.3	Pranje do 95 °C - antibakterijska toplinska dezinfekcija
9.4	Vanjske dimenzije: širina najviše 950, visina najviše 2000 mm

Ovim izmjenama ne krše se osnove Zakona o Javnoj nabavi, već se svim ponuditeljima nudi jednak tretman uz maksimalnu transparentnost. Za sva dodatna pojašnjenja rado ćemo Vam odgovoriti na sva pitanja."

- upiti 3. do 6. postaju upitima 4. do 7.

Obrazloženje

Naknadnim uvidom u Izvješće o rezultatima analize tržišta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz pripremu postupka javne nabave Urbroj: 1/2-6897/19-43, od 28. srpnja 2019. (*u nastavku teksta: Izvješće*), objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 28. srpnja 2019., utvrdili smo da je prilikom pripreme istog omaškom ispušten citat 3. upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, koji smo ovim Izvješćem o izmjenama i dopunama dodali kako je opisano u točki I.

S obzirom na to da su u Izvješću odgovori dani na svih sedam zaprimljenih upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, kao i da su u istom opisane sve izmjene i dopune dokumentacije o nabavi i troškovnika, koji su istog dana objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u sklopu 3. savjetovanja, ovim se Izvješćem o izmjenama i dopunama ne unose druge izmjene i dopune osim onih opisanih u točki I.

Ovjeravaju ovlašteni predstavnici Naručitelja :

- osobe koje su izvršile analizu tržišta i provele prethodno savjetovanje:

1. prof.dr.sc. Nada Vrkić, spec.med.biokemije

2. Mia Primorac, dipl.iur.

