



## KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradска cesta 29  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
OIB 84924656517

tel.: 01 3787 294  
fax.: 01 3768 270



Operativni program  
**KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA**



Urbroj: 1/2-6897/19-64  
Zagreb, 27. rujna 2019.

### GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

- svima -

**PREDMET :** Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

- odgovori na upite i obavijest o 1.  
ispravku dokumentacije o nabavi i  
troškovnika, dostavlja se

Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata koji su dostavili upite vezano uz dokumentaciju o nabavi za nabavu analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014, evidencijskog broja nabave 48/2019, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2019/S 0F2-0034098, od 27. kolovoza 2019., datum slanja objave 24. kolovoz 2019., Službenom listu Europske unije pod brojem 2019/S 166-406150, od 29. kolovoza 2019., datum slanja objave 24. kolovoz 2019., i na web-stranici naručitelja <http://www.kbcsm.hr/sektori-i-službe/služba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/> s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi u nastavku dopisa dostavljamo Vam odgovore kako slijedi:

#### **Na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata koji glase :**

1.)

„U otvorenom postupku javne nabave: "Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014"

U grupi 11 nadmetanja traže se dva uređaja za pročišćavanje vode:

- Centralni sustav za napajanje kliničkih analizatora i uređaj za proizvodnju ultra čiste vode.

Molimo da uređaje za pročišćavanje vode izdvojite u posebnu grupu u nadmetanju.

Naime tvrtke koje se bave isporukom uređaja za pročišćavanje vode, ne mogu se na ovu grupu javiti budući se u istoj grupi traže i ostali uređaji kao što su Laminari, Vakum koncentrator, centrifuga, mikrocentrifuga, centrifuga rashladna samostojeća, perilica laboratorijskog posuđa, laboratorijski hladnjak, laboratorijski zamrzivač.

Uređaji za pročišćavanje vode nemaju veze sa ostalom opremom i na taj način nisu svi ponuđači u istom položaju.

Kako se radi o vrlo važnim uređajima za Klinički Zavod, molim Vas da se ta dva uređaja izdvoje u posebnu grupu kako bi se svi ponuditelji koji nude takve uređaje mogli javiti na nadmetanje."

## 2.)

"U otvorenom postupku javne nabave koji je u tijeku u Vašoj ustanovi:

"Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014"

traže se uređaji za pročišćavanje vode u Grupi 11:

- Centralni sustav za napajanje kliničkih analizatora (1 kom)
- Uređaj za proizvodnju ultra čiste vode (1 kom)

Kako se na tu grupu ne možemo javiti budući se u istoj grupi traže i ostali uređaji koji kao tvrtka ne nudimo ovim putem Vas molimo da te uređaje za pročišćavanje vode izdvojite u posebnu grupu.

Na taj način i drugi ponuđači mogu da se jave na nadmetanje i ponude svoju opremu.

Molim Vas što prije za odobrenje ovog zahtjeva."

## Odgovaramo kako slijedi:

### Ad 1.)

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izdvajanjem stavke 11. u 11. grupi Pomoćna laboratorijska oprema se ne usvaja.

Naime, zainteresirani gospodarski subjekt pogrešno tumači 11. stavku troškovnika na način da se istom traže dva uređaja za pročišćavanje vode – jedan je centralni sustav za napajanje kliničkih katalizatora, a drugi uređaj za proizvodnju ultra čiste vode.

Sukladno opisu troškovnika predmetne grupe riječ je o jednom uređaju koji se traži u 11. stavci kao sustav za pripremu deionizirane vode iz dva dijela – centralnog sustava za napajanje kliničkih katalizatora i uređaja za proizvodnju ultra čiste vode.

Predmetni uređaj nije analitičke naravi, nego je pomoćna oprema u djelokrugu rada svih ustrojstvenih jedinica.

Stoga je stavljen u 11. grupu pod nazivom Pomoćna laboratorijska oprema kojom su obuhvaćeni svi uređaji koji će se, kao pomoćna laboratorijska oprema, koristiti u svakodnevnom radu svih analitičkih sustava iz ostalih grupa ovog postupka javne nabave.

Pri formiranju 11. grupe nismo pogodovali niti jednom od potencijalno mogućih zainteresiranih gospodarskih subjekata nego smo predmet nabave u svim grupama ovog postupka javne nabave odredili sukladno članku 204. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) (***u nastavku teksta: ZJN 2016***) koji navodi:

"Članak 204.

(1) *Javni naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, ...".*

Osim navedenog, činjenica da zainteresirani gospodarski subjekt koji je postavio upit ima u ponudi samo jedan uređaj, odnosno traženi sustav, što proizlazi kao jedini zaključak iz postavljenog upita, nije razlog za izdvajanje istog u posebnu grupu, jer bi takvim postupanjem naručitelj ne samo kršio vlastite

kriterije formiranja grupa po kriteriju namjene, nego bi takvo postupanje predstavljalo pogodovanje zainteresiranom gospodarskom subjektu.

Slijedom svega prije navedenog, zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta za izdvajanje sustava u zasebnu grupu nije usvojen, ali istom napominjemo da sukladno odredbama ZJN 2016 ponuditelji mogu biti samostalni gospodarski subjekti, zajednice ponuditelja kao i ponuditelji s jednim ili više podugovaratelja.

**Ad 2.)**

Na upit odgovoreno pod Ad 1.)

Osim navedenog, **mijenjaju se slijedeći dijelovi teksta dokumentacije o nabavi :**

1. Na naslovnoj stranici mijenjaju se podaci na dnu stranice tako da isti glase:  
*"Urbroj : 1/2-6897/19-65  
Zagreb, 27. rujna 2019."*
  2. U Sadržaju su izmijenjeni brojevi stranica sukladno izmjenama unijetim u dokumentaciju o nabavi
  3. U točki 2.7. Troškovnik mijenja se posljednja rečenica tako da ista glasi:  
*"Ukoliko ponuditelj ne ispunji troškovnik sukladno zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi ili promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku, smatraće se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će takva ponuda biti odbijena i kao takva neće biti obuhvaćena sustavom bodovanja niti cjenovno rangirana, te neće biti obuhvaćena analitičkim prikazom ponuda."*
  4. U točki 2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora mijenjaju se prve tri rečenice tako da iste glase:  
*"Ponuditelj, odnosno ugvarateli, je dužan analitičku i pomoćnu analitičku opremu koja je predmetom ovog postupka javne nabave isporučiti, instalirati, pustiti u rad uređaje, te educirati korisnike za rad na istima, sve sukladno točki 2.1. Opis predmeta nabave i dijelu B. Prijedlog ugovora ove dokumentacije o nabavi, u sljedećim rokovima:*
- |           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| 1. grupa  | <i>Sustav za mjerjenje reoloških svojstava bioloških kapljevina</i>   | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 2. grupa  | <i>Protočni citometar</i>   | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 3. grupa  | <i>Uredaj za automatiziranu ELISA tehniku</i>   | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 4. grupa  | <i>Fluorescentni mikroskop</i>  | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 5. grupa  | <i>Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)</i>  | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 6. grupa  | <i>Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar</i>   | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 7. grupa  | <i>Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju</i>   | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 8. grupa  | <i>Uredaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)</i>   | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 9. grupa  | <i>Uredaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima</i>  | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 10. grupa | <i>Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA</i> | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 11. grupa | <i>Pomoćna laboratorijska oprema</i>  | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 12. grupa | <i>Pomoćna sitna laboratorijska oprema</i>  | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 13. grupa | <i>Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova</i>  | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 14. grupa | <i>Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku</i>   | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |
| 15. grupa | <i>Automatske varijabilne pipete</i>  | <i>veljača/ožujak 2020.</i> |

Napomena naručitelja vezana uz prethodno navedeni rok: naručitelj prepostavlja da će se roba

*koja se nabavlja ovim postupkom javne nabave isporučivati, instalirati i puštati u rad, te educirati korisnici tijekom veljače i/ili ožujka 2020., nakon završetka građevinskih radova adaptacije prostora dijela laboratorija i završene montaže novog namještaja u istom prostoru.*

*Ukoliko građevinski radovi budu završeni, odnosno namještaj završen i montiran prije veljače, naručitelj će pisanim putem obavijestiti sve ugovaratelje (po grupama) da je isporuka, instalacija i puštanje u rad s edukacijom korisnika moguća i prije navedenog roka, te će za to zainteresirani ugovaratelji moći svu ili dio ugovorene opreme isporučiti ranije."*

5. U točki 6.6.3. Kriteriji za odabir ponude iskazani po grupama, u dijelu koji se odnosi na 7. grupu Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju mijenjaju se sljedeći dijelovi teksta:

- Ponderi – mijenja se opis pondera za 3. stavku, redni broj pondera 6., tako da isti glasi:

**"Ponderi**

**3. stavka**

6.	<i>Multiplex – broj molekula: više od 4 molekule bodova"</i>	5%	5
----	--	----	---

- Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme za 5. karakteristiku u tablici, tako da ista glasi:

		<i>maksimalni broj bodova</i>		<i>bodovi</i>
5	<i><u>3. stavka troškovnika</u></i>	5	DA	5
	<i>Multiplex – broj molekula: više od 4 molekule</i>		NE	0

6. U točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranje ponuda mijenjaju se prve rečenice u prvom i trećem ulomku tako da iste glase:

*"Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do **15. listopada 2019. do 13:00 sati.**"*

*"Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do **15. listopada 2019. do 13:00 sati.**"*

7. U Prijedlogu ugovora mijenja se članak 5. stavci 5.1. i 5.2. tako da isti glase:

*"5.1. Robu iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora Ugovaratelj će isporučiti, instalirati i pustiti u rad tijekom veljače i/ili ožujka 2020., te će u navedenim mjesecima educirati korisnike za rad na istima, sukladno odredbi članka 4. stavka 4.3. ovoga Ugovora, a sve nakon završetka građevinskih radova adaptacije prostora dijela laboratorija i završene montaže novog namještaja i u istom prostoru.*

*5.2. Ukoliko građevinski radovi i namještaj budu završeni ranije od planiranih rokova, naručitelj će pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja da su isporuka, instalacija i puštanje u rad s edukacijom korisnika mogući i prije roka iz stavka 5.1. ovoga članka, te će Ugovaratelj moći svu ili dio ugovorene opreme isporučiti ranije (ukoliko mu isto bude prihvatljivo).*

*Iznimno, ukoliko građevinski radovi i montaže namještaja eventualno ne budu gotovi u planiranim rokovima, naručitelj će pisanim putem o istom obavijestiti Ugovaratelja kako bi znao da će svoje ugovorne obveze izvršavati nakon roka navedenog u stavku 5.1. ovog članka."*

8. U Obrascu C.1. Karakteristike analitičke i pomoćne analitičke opreme mijenja se 5. karakteristika za 7. grupu Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju tako da ista glasi:

		<b>maksimalni broj bodova</b>		<b>bodovi</b>	<b>tražena karakteristika (DA/NE)</b>
5	<u>3. stavka troškovnika</u> Multiplex – broj molekula: više od 4 molekule	5	DA	5	
			NE	0	

**U troškovnik su unijete sljedeće izmjene (grupe u koje su unijete izmjene dobile su u nazivu dodatak ... – 1. ISPRAVAK)**

**7. grupa Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju – 1. ISPRAVAK**

u stavci 3. Uredaj za lančanu reakciju polimeraze u stvarnom vremenu (Real Time PCR) mijenja se opis podstavke 3.7. tako da ista glasi:

"3.7. Multiplexing (Višestruko analiziranje) za najmanje 4 molekule"

**10. grupa Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkriptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA – 1. ISPRAVAK**

- u stavci 1. Sustav nove generacije za automatsko sekvenciranje (NGS), većeg kapaciteta mijenja se opis podstavke 1.17. tako da ista glasi:

"1.17. Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje."

- u stavci 2. Uredaj nove generacije za automatsko sekvenciranje (NGS), manjeg kapaciteta mijenja se opis podstavke 2.12. tako da ista glasi:

"2.12. Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje."

- u stavci 3. Uredaj za provjeru koncentracije uzorka za pripremu knjižnice mijenja se opis podstavke 3.20. tako da ista glasi:

"3.20. Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje."

**11. grupa Pomoćna laboratorijska oprema**

- u stavci 9. Laboratorijski zamrzivač br. 2 mijenja se opis podstavke 9.14. tako da ista glasi:  
"9.14. Grafičko snimanje temperature s mogućnošću snimanja temperature do -150 °C."

- u stavci 10. Laboratorijski zamrzivač br. 3 mijenja se opis podstavke 10.12. tako da ista glasi:

"10.12. Grafički snimač temperature."

Sve opisane izmjene Dokumentacije o nabavi i troškovnika unijete su u prethodno objavljene dokumente, te se stavljuju na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivima :

- DON – analitička oprema – 1. ISPRAVAK
- Troškovnici – analitička oprema – 1. ISPRAVAK – zipana mapa svih troškovnika u kojima su ispravljenim troškovnicima 7., 10. i 11. grupe dodani nastavci "... – 1. ISPRAVAK".

S poštovanjem,

