



## **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE**

Vinogradska cesta 29  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
OIB 84924656517  
MB 03208036

tel.: 01 3787 294  
fax.: 01 3768 270

# **POZIV NA DOSTAVU PONUDA**

za provedbu postupka nabave:

Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju,  
pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a

Evidencijski broj: 92/2021

Klasa: 530-01/21-01/056  
Urbtoj: 251-29-13-21-02  
Zagreb, rujan 2021.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

## UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice pokrenuo je postupak nabave Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a, te je donio Odluku o početku postupka nabave (Klasa: 530-01/21-01/056, Urbroj: 251-29-13-21-01). Na temelju odredbe članka 12. stavka 1. ZJN 2016 i čl. 4. Općeg akta za postupanje u postupcima nabave (Urbroj: UV-658/17-11-1) od 17. siječnja 2017., za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna godišnje (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane ZJN 2016.

Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Način određivanja ekonomski najpovoljnije ponude je 100% cijena.

### 1. Podaci o Naručitelju

Naručitelj je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Zagreb, Vinogradska cesta 29,

MB: 03208036

OIB: 84924656517.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med.

Telefon: 01/3787-111, telefax: 01/3769-067,

adresa elektroničke pošte: [kbcsm@kbcsm.hr](mailto:kbcsm@kbcsm.hr), web stranica: [www.kbcsm.hr](http://www.kbcsm.hr)

Web stranica: [www.kbcsm.hr](http://www.kbcsm.hr)

Adresa elektroničke pošte: [nabava@kbcsm.hr](mailto:nabava@kbcsm.hr)

### 2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 11,00 i 15,00 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju sa gospodarskim subjektima.

Osobe ovlaštene za komunikaciju s ponuditeljima su: Alena Markota, dipl.oec., tel: 01/3787 294, broj telefaksa: 01/ 3768 270, adresa elektroničke pošte: [alena.markota@kbcsm.hr](mailto:alena.markota@kbcsm.hr)

### 3. Popis gospodarskih subjekata sukladno članku 76. ZJN 2016

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 2. ZJN 2016 naručitelj navodi gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

1. ETNO GASTRO j.d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 3, Krapina, OIB 43527261524

2. EKOESCO d.o.o., Orahovička 43, Osijek, OIB 59198424658

3. MXC d.o.o., Gajnički vidikovac 1 br. 8, Zagreb, OIB 72767106634

4. NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 96115198364

5. PROPERTIES INVENTIVE DESIGN d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 14937489808
6. ZAGREB HEALTH CITY d.o.o., Ksaver 209, Zagreb, OIB 86104174298
7. INDENTALS d.o.o., Ivana Šibla 10, Zagreb, OIB 65566857995
8. IGH BUSINESS ADVISORY SERVICES d.o.o., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB 21740013729
9. MARČINKOVIĆ I PARTNERI d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 24920530285
10. PHARMA HEMP d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 73731486433
11. ULOLA d.o.o., Jure Kaštelana 19, Zagreb, OIB 53575159503
12. STARESMED j.d.o.o., Prolaz Jurja Ratkaja 7, Zagreb, OIB 05094187485.

#### **4. Opis predmeta nabave**

**Predmet nabave je: Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a**

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV: **33100000-1**

Konstruktivan opis predmeta nabave opisan je u Troškovniku koji čini sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.

**Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene tehničke uvjete iz opisa predmeta nabave i specifikacije koja se nalazi u troškovniku ovog Poziva na dostavu ponuda, odnosno, ukoliko ponuditelj nudi drugi jednakovrijedan proizvod isti treba imati karakteristike proizvoda na koji se naručitelj primjera radi pozvao u troškovniku ovog Poziva na dostavu ponuda.**

**5. Evidencijski broj nabave: 92/2021**

**6. Procijenjena vrijednost nabave: 197.000,00 kuna bez PDV- a**

**7. Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave i rok na koji se sklapa ugovor**

Ugovor o nabavi sklapa se na razdoblje od 45 (četrdesetpetdana) s najpovoljnijim ponuditeljem prema vrsti i količini navedenoj u Troškovniku (Obrazac 4).

**8. Specifikacija predmeta nabave**

Specifikacija predmeta nabave opisana je u Troškovniku (Obrazac 4) koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.

Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda ili promjeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

**9. Mjesto isporuke robe**

Mjesto isporuke robe FCO LOKACIJA NARUČITELJA, kako slijedi:



## **10. Rok isporuke**

Roba koja je predmetom ovog postupka javne nabave Ponuditelj (Isporučitelj) je dužan isporučiti robu u **roku 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.**

Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se otpremnicom ili izdatnicom, ovjerenom od strane Naručitelja i odabranog ponuditelja (isporučitelja).

O uredno izvršenom predmetu nabave sastaviti će se primopredajni zapisnik kojeg potpisuju ovlaštene osobe Naručitelja i Isporučitelja.

Naručitelj i odabrani ponuditelj imenovat će ovlaštene osobe koje su dužne pratiti realizaciju ugovornih obveza.

## **11. Dokazi o nepostojanju osnova za isključenje i uvjeti sposobnosti**

**11.1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. (Obrazac 2).**

*Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave.*

*Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave. ( Obrazac 2)*

**11.2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016**

*Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.*

**11.3. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016**

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. članka 265. ZJN 2016 ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 , oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

*Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.*

**11.4. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:**

Upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Ponuditelj je sposoban ako je dostavio dokument kako je traženo pod točkom 11.4. u ovom Pozivu za nadmetanje. (članak 266. točka 1. ZJN 2016).

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

**11.5. Dozvola za promet medicinskim proizvodima** sukladno članku 3. stavku 30. i člancima 47., 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, broj 76/13)

Navedenom dozvolom ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno, ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije, dokazuje da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.

Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u državi sjedišta da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.

Ukoliko ponuditelj nudi medicinske proizvode iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) dužan je, uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, priložiti izjavu proizvođača, ovlaštenog predstavnika proizvođača za EU ili distributera za EU kojom se ponuditelju dozvoljava nuđenje medicinskih proizvoda.

**11.6. Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of Conformity)** sukladno članku 259. ZJN 2016 i članku 31. stavku 1. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, broj 76/13)

Ponuditelj je sposoban ako ima izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač i na kojoj se obavezno nalazi podatak o tome tko je ovlašten zastupnik proizvođača za EU ukoliko je proizvođač iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU).

**11.7. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat,** odnosno dokaz da proizvod ima CE oznaku sukladno članku 259. ZJN 2016 i člancima 31., 32., 33. i 46. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, broj 76/13).

Ponuditelj je sposoban ako ima potvrdu – CE certifikat izdanu od strane nadležnih instituta ili priznatih tijela za kontrolu kvalitete

ili

**Rješenje o upisu medicinskih proizvoda** (s izjavom nositelja upisa rješenja o dozvoli korištenja ako ponuditelj nije nositelj upisa) ukoliko je medicinski proizvod koji se nudi upisan u Očevidnik medicinskih proizvoda prije 01. srpnja 2013. godine.

**11.8. Katalozi, prospekti, specifikacije** sa tehničkom specifikacijom predmeta nabave kojim se nedvojbeno dokazuje, a Naručitelj može prepoznati da ponuđeni predmet nabave odgovara navedenom u specifikaciji.

**11.9.** Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za isporuku ponuđene robe, uz popis osoba koje će biti korištene pri isporuci robe kao dokaz da ponuditelj ima na raspolaganju odgovarajuće stručne osobe potrebne za isporuku predmetne robe.

Ponuditelj je popisom dužan dokazati da ima na raspolaganju najmanje 1 (jednog) ovlaštenog servisera za servisiranje opreme koja je predmetom ovog postupka javne nabave, te je za navedene osobe dužan dostaviti certifikat kojim dokazuje da su iste završile odgovarajuću obuku.

Izjavu sastavlja ponuditelj uz potpis odgovorne osobe ponuditelja i pečat ponuditelja, a dokaz o završenoj obuci servisera izdaje proizvođač opreme.

Naziv dokumenta : izjava o osobama kojima raspolaže ponuditelj, a koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za isporuku predmetne robe.

**11.10.** Osiguran ISO certificirani servis u jamstvenom roku.

**11.11. Izjava kojom se potvrđuje da jamstveni rok za robu opisanu u točki 4. Poziva na dostavu ponuda, iznosi minimalno 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika opisanog u točki 10. Poziva na dostavu ponuda.**

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su traženi u ovom Pozivu na dostavu ponuda, a koje izdaju nadležna tijela.

**Ukoliko je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjereoju preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.**

## **12. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda**

### **12.1     S a d r ž a j   p o n u d e**

Ponudu sačinjavaju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

- Ponudbeni list (Obrazac 1)
- Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 2)
- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 3)
- Popunjeni i ovjereni troškovnik (Obrazac 4)
- Ostali podaci traženi pozivom za dostavu ponuda

Sve tražene izjave i obrasce ponuditelji su dužni dostaviti s ispunjenim svim stavkama odnosno traženim podacima.

U slučaju da ponuditelj navedene izjave i obrasce ne potpiše, te iste ne priloži ponudi, Naručitelj će takvu ponudu smatrati neprihvatljivom.

Ponuditelj ne smije mijenjati ili brisati originalni tekst Poziva na dostavu ponuda ili bilo kojeg obrasca iz poziva na dostavu ponuda.

Obrazac ponude, sve stranice troškovnika i sve izjave koje potpisuje i ovjerava ponuditelj, moraju biti potpisane od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

## **12.2. Oblik i način izrade ponuda**

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku na način naznačen u Pozivu na dostavu ponuda.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili

umetanje listova ili dijelova ponude npr. jamstvenikom - vrpcom čija su oba kraja na

posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnuta žigom. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova svaki dio uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude označavaju se brojevima na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na

redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i slično

koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ponuda se predaje u „izvorniku“, potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje

gospodarskog subjekta ili osobe koju je ovlaštena osoba pisanom punomoći ovlastila

za potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude). Svaki list troškovnika ponuditelj mora ovjeriti službenim pečatom

i mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak)

ili dokaziv. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskoga subjekta.



### 12.3. Način dostave ponuda

Ponude se dostavljaju u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb, urudžbeni ured, prizemlje, svaki radni dan od 08 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na navedenu adresu.

Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka „NE OTVARAJ“ – PONUDA , odnosno mora stajati oznaka slijedećeg izgleda:

#### **"NE OTVARAJ - PONUDA**

**Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju,  
pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a,  
ev. br.92/2021"**

Ponude je potrebno dostaviti do 17. rujna 2021. godine do 11.30 sati bez obzira na način dostave.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Sve ponude koje nisu predane na ovaj način i u ovom roku neće se otvarati i razmatrati, te će biti vraćene ponuditelju.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda s tim da se omotnica

dodatno označi tekстом „IZMJENA“ odnosno „DOPUNA“.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom „ODUSTANAK OD PONUDE“

Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj će na zahtjev ponuditelja dati potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude.

### **13. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem**

**Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem.**

### **14. Dopustivost varijanti ponuda**

Varijante ponude nisu dopuštene.

### **15. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene cijene**

Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika i piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti.



PDV se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave

oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za

upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja

se prazno.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene za svaku stavku troškovnika na način kako je to određeno u troškovniku.

U slučaju da ponuditelj ne ispuni makar jednu stavku, cijela ponuda će se smatrati neprihvatljivom i naručitelj će ju isključiti.

Jedinična cijena izražena u troškovniku je fiksna i nepromjenjiva.

#### **16. Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neuobičajeno niske cijene**

Naručitelj provjerava računsku ispravnost ponude.

Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke troškovnika ili cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost navedeni u ispravljenom troškovniku u ponudi ne odgovaraju metodologiji izračuna iz članka 7. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, naručitelj će ih ispraviti sukladno metodologiji iz citiranog članka Uredbe.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

U zahtjevu za prihvrat ispravka računske pogreške naručitelj će naznačiti koji je dio ponude ispravljen kao i novu cijenu ponude proizišle nakon ispravka.

Naručitelj će od ponuditelja tražiti objašnjenje cijene ponude koju smatra neuobičajeno niskom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih valjanih Ponuda;
2. cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugo rangirane valjane ponude;
3. zaprimljene najmanje tri valjane ponude.

#### **17. Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena**

Cijena ponude izražava se u kunama.

#### **18. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Plaćanje se obavlja u roku 60 (šezdeset) dana od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama.

Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja.

Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su.

#### **19. Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbačene kao neprihvatljive.

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u obrascu ponude.

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude sukladno članku 216. stavak 2. ZJN 2016.

#### **20. Kriterij odabira najpovoljnije ponude**

Sukladno odredbama ZJN 2016 i Općeg akta za postupanje u postupcima nabave članovi stručnog povjerenstva Naručitelja provesti će postupak nabave za sklapanje ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem, utvrditi prihvatljive ponude i predložiti odgovornoj osobi Naručitelja donošenje Odluke o odabiru.

**Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.**

**Način određivanja ekonomski najpovoljnije ponude je 100% cijena.**

Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva na dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

#### **21. Jezik na kojem se sastavlja ponuda**

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) i Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat mogu biti na engleskom jeziku ili jednom od službenih jezika Europske unije.

#### **22. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda**

Rok za dostavu ponuda je do 17. rujna 2021. godine u 11.30 sati.

Adresa na koju se dostavljaju ponude je: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

Ponude koje Naručitelj primi nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelima, neće biti otvorene i biti će vraćene ponuditeljima koji su ih podnijeli.

#### **23. Stavljanje na raspolaganje Poziva na dostavu ponuda**

Poziv na dostavu ponuda stavljen je na raspolaganje na internetskoj adresi naručitelja. Naručitelj **ne vodi** evidenciju o ponuditeljima koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda na njegovim internetskim stranicama, pa ponuditelji koji na taj način preuzmu poziv za nadmetanje moraju o tome obavijestiti naručitelja faxom, e-mailom ili na drugi dokaziv način.

Sve eventualne izmjene poziva za dostavu ponuda biti će objavljene na internetskoj adresi naručitelja.

#### **24. Jamstva**



Jamstvo, opisano u ovoj cjelini dokumentacije o nabavi, ponuditelji ili isporučitelji dužni su dostaviti naručitelju u papirnatom obliku u izvorniku, u obliku:

- neopozive, bezuvjetne, **bankarske garancije** naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora,
- **bjanko zadužnice**
- **mjenice**
- **novčanog pologa** – uplatom iznosa jamstva na račun Naručitelja IBAN: HR 12 1001 0051 8630 00160, model plaćanja: HR 64 9725-26395 – OIB uplatitelja, opis plaćanja: ev.br. \_\_\_\_/2021 – polog jamstva za \_\_\_\_\_ (navesti vrstu jamstva)

**U svakoj bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.**

**Na svakoj bankarskoj garanciji mora biti izrijekom navedeno da je bezuvjetna, neopoziva, naplativa na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora.**

#### **24.1.**

Odabrani ponuditelj, odnosno isporučitelj, dužan je u roku od 10 (deset) radnih dana od dana poziva naručitelja najpovoljnijem ponuditelju na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe ili od dana primitka ugovora potpisanog od strane naručitelja (koji zamjenjuje pisani poziv na sklapanje ugovora) ishoditi bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i dostaviti ga naručitelju zajedno s potpisanim primjercima ugovora, odnosno uz potpisane primjerke ugovora dostaviti naručitelju bjanko zadužnicu, mjenicu ili potvrdu o uplati novčanog pologa **u visini 10 % (deset posto) ukupne vrijednosti ovog Ugovora (bez PDV-a)** kao osiguranje Naručitelju da će u ugovorenom roku isporučiti, instalirati i pustiti u rad ugovorenu robu, prema zahtjevima Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima

Republike Hrvatske, na način opisan u troškovniku kao i za slučaj povrede ugovorenih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba biti s rokom valjanosti najmanje 10 (deset) dana dužim od roka izvršenja ugovora, a isti teče od dana obostranog potpisa ugovora.

#### **25. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju**

Odluku o odabiru ili poništenju nabave, Naručitelj će donijeti u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude, koju će dostaviti Ponuditeljima sukladno ZJN 2016 .

#### **26. Bitni uvjeti ugovora**

Odabrani ponuditelj je u obvezi isporučiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti uvjetima, pojedinačnim cijenama i količinama navedenim u ponudi ponuditelja, troškovniku i uvjetima Poziva na dostavu ponuda i troškovnika koji će biti sastavni dio Ugovora o nabavi Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a,

Bitni uvjeti ugovora:

- **oblik ugovora:** pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih



strana,

- **ugovorne strane:** Naručitelj (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice)/  
odabrani ponuditelj (\_\_\_\_\_),

-**predmet nabave:** Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a

-**sastavni dio ugovora:** odabrana ponuda ponuditelja sukladno Pozivu za dostavu ponuda i troškovnik

- **količina i mjesto izvršenja predmeta nabave:** sukladno Pozivu na dostavu ponuda,

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska 29

-**cijena predmeta nabave:** sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave Naručitelja, troškovniku i cijeni odabrane ponude,

- **rok isporuke predmeta nabave:** Roba koja je predmetom ovog postupka javne nabave isporučit će se nakon sklapanja ugovora sukcesivno prema pojedinim narudžbama

- **rok na koji se sklapa ugovor:** Ugovor se sklapa na razdoblje od 45 (četdesetpetdana) od dana sklapanja ugovora.A

- Odabrani ponuditelj, odnosno isporučitelj, dužan je u roku od 10 (deset) radnih dana od dana poziva naručitelja najpovoljnijem ponuditelju na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe ili od dana primitka ugovora potpisanog od strane naručitelja (koji zamjenjuje pisani poziv na sklapanje ugovora) ishoditi bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i dostaviti ga naručitelju zajedno s potpisanim primjercima ugovora, odnosno uz potpisane primjerke ugovora dostaviti naručitelju bjanko zadužnicu, mjenicu ili potvrdu o uplati novčanog pologa **u visini 10 % (deset posto) ukupne vrijednosti ovog Ugovora (bez PDV-a)** kao osiguranje Naručitelju da će u ugovorenom roku isporučiti, instalirati i pustiti u rad ugovorenu robu, prema zahtjevima Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske, na način opisan u troškovniku kao i za slučaj povrede ugovorenih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba biti s rokom valjanosti najmanje 10 (deset) dana dužim od roka izvršenja ugovora, a isti teče od dana obostranog potpisa ugovora.

- ako odabrani ponuditelj ne isporuči robu u ugovorenom roku dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu 2‰ od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja; Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% (pet posto) ukupne vrijednosti ugovora (s PDV)

- **rok, način i uvjeti plaćanja:** Plaćanje se obavlja u roku 60 (šezdeset) dana od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama.

Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja

Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su

- imenovanje ovlaštenih osoba obje ugovorne strane zaduženih za realizaciju ugovornih odredbi

## **27. Podaci o osobama odgovornim za izvršenje ugovora**

Ponuditelji, pravne osobe, moraju u ponudi naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje ugovora o nabavi **Infuzijskih i perfuzijskih pumpi za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a**

## **28. Povrat dokumentacije**

Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

## **29. Posebne odredbe**

Na ovaj postupak se ne primjenjuju odredbe ZJN 2016 i Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

---

## OBRASCI

OBRASCI SU SASTAVNI DIO POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA OVAJ POSTUPAK NABAVE I NJIHOV OBLIK PROPISAN JE OD STRANE NARUČITELJA. PONUDE KOJE NEĆE SADRŽAVATI SVE TRAŽENE PODATKE, ODNOSNO PONUDE U KOJIMA NISU POPUNJENE ILI SU NEISPRAVNO POPUNJENE SVE ODNOSNO NEKE STAVKE TRAŽENIH OBRAZACA, ODNOSNO PONUDE KOJE SADRŽE DJELOMIČNO POPUNJENE OBRASCE, SMATRAT ĆE SE NEPOPRAVLJIVO MANJKAVIM TE ĆE TAKVE PONUDE BITI ISKLJUČENE IZ POSTUPKA NABAVE.



# OBRAZAC PONUDE

Ponuditelj \_\_\_\_\_

Adresa sjedišta: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Internetska adresa: \_\_\_\_\_

Matični broj: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Žiro račun \_\_\_\_\_

Odgovorna osoba/e: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: \_\_\_\_\_

## P O N U D A

Za

|                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Predmet nabave</b></p> | <p><b>Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a</b></p> <p>CPV oznaka: _____</p> <p>Evidencijski broj nabave: 92/2021</p> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Proučili smo Poziv na dostavu ponuda te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje te nudimo Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a sukladno Pozivu na dostavu ponuda za cijenu navedenu kako slijedi:

| R.br. |                                                                 | Iznos brojevima | Iznos slovima |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.    | <b>CIJENA PONUDE bez PDV-a</b><br>(iskazana u kunama)           |                 |               |
| 2.    | <b>POREZ NA DODANU<br/>VRIJEDNOST</b><br>(iskazan u kunama)     |                 |               |
| 3.    | <b>UKUPNA CIJENA PONUDE<br/>S PDV-om</b><br>(iskazana u kunama) |                 |               |

u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.

- I. Suglasni smo da je rok isporuke za Infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBCSM-a koje su predmetom ovog postupka nabave isporučiti temeljem zaključenog ugovora o javnoj nabavi robe u roku od 5 (pet) dana od potpisivanja ugovora
- II. Suglasni smo da se plaćanje vrši u roku od 60 dana od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama. Suglasni smo da se plaćanje vrši u kunama i da se ne odobrava plaćanje predujma.
- III. Suglasni smo da će se, ako se naša ponuda prihvati, temeljem provedenog postupka nabave sklopiti ugovor o nabavi
- IV. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana 90 (slovima: devedeset) dana od dana otvaranja ponuda

**PONUĐITELJ:**

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum)

M. P.

\_\_\_\_\_  
(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe  
gospodarskog subjekta)

\_\_\_\_\_  
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe  
gospodarskog subjekta)

## Obrazac 2.

Obrazac izjave ponuditelja da ne postoje osnove za isključenja iz sudjelovanja u postupku nabave sukladno članku 265. stavku 1. točka 1. Zakona

\_\_\_\_\_  
(naziv ponuditelja)

\_\_\_\_\_  
(adresa)

Na temelju članka 265. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) dajem slijedeću

### IZJAVU

ja

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

rođen/-a \_\_\_\_\_ u

\_\_\_\_\_  
(datum rođenja)

\_\_\_\_\_  
(mjesto rođenja)

s prebivalištem u

\_\_\_\_\_  
(mjesto i adresa)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

\_\_\_\_\_  
(naziv gospodarskog subjekta)

\_\_\_\_\_  
(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

izjavljujem da meni i naprijed navedenom gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

**a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju**

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**b) korupciju, na temelju**

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u



gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlorporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlorporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**c) prijevare, na temelju**

– članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevare), članka 293. (prijevare u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju**

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju**

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju**

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

## ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum)

\_\_\_\_\_  
(čitko ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene  
za zastupanje gospodarskog subjekta  
ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)

M.P.

\_\_\_\_\_  
(vlastoručni potpis osobe po zakonu ovlaštene  
za zastupanje gospodarskog subjekta  
ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)

### NAPOMENA:

Vlastoručni potpis na ovoj Izjavi potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika.

Ukoliko niti jedna osoba ponuditelja nema ovlasti za zastupanje samostalno i bez ograničenja tada je potrebna Izjava, potpisana i ovjerena kod javnog bilježnika o nekažnjavanju za sve osobe koje zajednički zastupaju ponuditelja.

Obrazac 3.

## IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Ponuditelj: \_\_\_\_\_  
Adresa sjedišta: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Telefax: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Internetska adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_  
Žiro račun: \_\_\_\_\_  
Odgovorna osoba/e: \_\_\_\_\_

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću

### I Z J A V U

Ja,

\_\_\_\_\_  
(Ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, mjesto i adresa stanovanja)

\_\_\_\_\_  
odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

\_\_\_\_\_  
(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora, uz svaki pojedinačni ugovor

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku mjenice ili garancije banke bjanko zadužnicu ili novčaniog pologa;
- da će mjenica ili garancija banke ili bjanko zadužnica ili novčani polog biti u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a
- da će se navedeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predati prilikom zaključenja ugovora o nabavi, a najkasnije u roku 10 dana od dana zaključenja ugovora o nabavi sa rokom valjanosti jednakom roku valjanosti ugovora;
- da je suglasan da će se navedeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum) M. P.

\_\_\_\_\_  
(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe  
gospodarskog subjekta)

\_\_\_\_\_  
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe  
gospodarskog subjekta)

| Red br.                                       | Naziv i opis predmeta nabave                                                                                                                          | Potvrda trežene karakteristike: | Stranica u katalogu: |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>A) STANDARDNA INFUZIJSKA PUMPA - KOM.5</b> |                                                                                                                                                       |                                 |                      |
| 1.1                                           | Vrsta jedinice: Volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, parenteralnih otopina i transfuziju krvi              |                                 |                      |
| 1.2.                                          | Putevi primjene: intravenski ili potkožni pristup                                                                                                     |                                 |                      |
| 1.3                                           | <b>Podešavanje protoka lijeka:</b>                                                                                                                    |                                 |                      |
| 1.3.1                                         | Infuzijski protok: minimalno 0,1 - 1200 ml/h                                                                                                          |                                 |                      |
| 1.3.2.                                        | Minimalno od 0,1 - 99.9 ml/h ili šire u koracima ne manjim od 0.1 ml/h                                                                                |                                 |                      |
| 1.3.3.                                        | Minimalno od 100 - 1200 ml/h ili šire u koracima ne manjim od 1 ml/h                                                                                  |                                 |                      |
| 1.4.                                          | Točnost doziranoga protoka: minimalno $\pm 5\%$ uz originalne infuzijske sisteme ili niža vrijednost                                                  |                                 |                      |
| 1.5.                                          | <b>Infuzijski modovi (ml/h) minimalno:</b>                                                                                                            |                                 |                      |
| 1.5.1.                                        | Volumen/brzina – infuzija programiranoga volumena pri programiranoj brzini, a vremensko razdoblje za isporuku terapije se automatski izračunava       |                                 |                      |
| 1.5.2.                                        | Volumen/vrijeme – infuzija programiranoga volumena pri programiranom vremenskom razdoblju, a brzina protoka se automatski izračunava                  |                                 |                      |
| 1.5.3.                                        | Brzina/vrijeme - infuzija programirane brzine protoka pri programiranom vremenskom razdoblju, a volumen za isporuku terapije se automatski izračunava |                                 |                      |
| 1.5.4.                                        | Volumen/vrijeme/brzina - infuzija programiranoga volumena, vremenskoga razdoblja i brzine protoka za isporuku terapije                                |                                 |                      |
| 1.5.5.                                        | Jednostavna brzina - mod dostupan uz senzor kapi                                                                                                      |                                 |                      |
| 1.6.                                          | Podešavanje volumena lijeka ne manje od 0,1 - 9999 ml                                                                                                 |                                 |                      |
| 1.7.                                          | Podešavanje vremena isporuke lijeka minimalno od 0 h 01 min - 168 h 0 min ili širi raspon                                                             |                                 |                      |
| 1.8.                                          | Propiranje sistema: ručno ili koristeći funkciju za punjenje i propiranje                                                                             |                                 |                      |



| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Potvrda trežene karakteristike: | Stranica u katalogu: |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1.9.    | Bolus: direktni bolus dok se drži pritisnuta tipka, maksimalne brzine minimalno 1200 ml/h s povećanjima u koracima od 50 ml/h ili manje                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |
| 1.10.   | KVO: opcija održavanja prohodnosti venskoga pristupa nakon završenoga programa isporuke infuzije, podesivo od minimalno 1 - 20 ml/h ili širi raspon                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                      |
| 1.11.   | Pauza: programabilna od minimalno 1 minute do 24 h ili širi raspon (u koracima ne manjim od 1 minutu)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |
| 1.12.   | Zapis minulih događaja: minimalno 1500 posljednjih događaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |
| 1.13.   | Grafički prikaz minulih događaja na zaslonu: isporučeni brzina i tlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |
| 1.14.   | <b>Noćni rad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |
| 1.14.1. | Jačina osvjetljenja zaslona kao i indikacijska svjetla su prigušeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                      |
| 1.14.2. | Opcija isključivanja zvuka tipkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |
| 1.14.3. | Programiranje ručno ili automatski za željeni vremenski period                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |
| 1.15.   | Mogućnost priključka za napajanje u vozilima hitne pomoći                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |
| 1.16.   | Status zaključane tipkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |
| 1.17.   | Konfiguracija: prikaz infuzijskoga modela, zaključavanja izbornika, KVO, limita tlaka; postavke vremena i datuma, kontrast, jačina alarma, naziv odjela, detekcija zraka; prikaz posljednjih parametara pri ponovnom uključivanju pumpe; prikaz administriranoga volumena; pred-alarmi pri kraju infuzije, pred-alarmi baterije; uzvodni i nizvodni detektori tlaka u liniji |                                 |                      |
| 1.18.   | <b>Modeli i granice tlaka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |
| 1.18.1. | Minimalno 2 dostupna modela; varijabilni ili s minimalno 3 prethodno postavljene razine.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |
| 1.18.2. | Granice tlaka: raspon ne manje od 50 - 750 mm Hg, u koracima ne većim od 50 mmHg (minimalno 25 mmHg povećanja od 50 - 250 mmHg ili širi raspon / minimalno 50 mmHg povećanja od 250 - 750 mmHg ili širi raspon)                                                                                                                                                              |                                 |                      |
| 1.18.3. | Sustav dinamičke kontrole tlaka u liniji za detekciju variranja tlaka u liniji i mogućnost predviđanja opstrukcije ili curenja unutar infuzijskoga sustava                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                      |
| 1.18.4. | Monitoriranje tlaka: grafički prikaz tlaka u infuzijskoj liniji i limita tlaka pomoću piktograma                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |
| 1.18.5. | Anti-bolus sustav: automatska redukcija volumena bolusa nakon okluzijskoga alarma (ne više od 0,35 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                      |

| Red br.      | Naziv i opis predmeta nabave                                                                                                                                                                                                             | Potvrda trežene karakteristike: | Stranica u katalogu: |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>1.19.</b> | <b>Vrste pred-alarma, alarma i sigurnosti:</b>                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |
| 1.19.1.      | Stanje pumpe prikazano indikacijskim lampicama: zelena za infuziju u tijeku, narančasta za stanja pred-alarma i upozorenja, crvena za alarme                                                                                             |                                 |                      |
| 1.19.2.      | Svi se alarmi iskazuju svjetlosnim indikatorima, tekstualnom porukom, slikovnim prikazom i zvučnim signalom                                                                                                                              |                                 |                      |
| 1.20.        | Alarm detekcije zraka u liniji: Unutarnji ultrazvučni detektor zraka u liniji, podešen na ne više od 250 µl zraka                                                                                                                        |                                 |                      |
| 1.21.        | Alarm minimalno 5 min prije završetka terapije s mogućnošću podešavanja istoga u konfiguracijskoj opciji uređaja                                                                                                                         |                                 |                      |
| 1.22.        | Nadzor tijeka isporuke lijeka: alarmi u slučaju uzvodne i nizvodne okluzije, pred-alarm i alarm kraja infuzije, pred-alarm i alarm dopuštene brzine protoka (meke i tvrde granice), pred-alarm i alarm prazne baterije, predalarm za KVO |                                 |                      |
| 1.23.        | Održavanje: alarm preventivnoga održavanja                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |
| 1.24.        | Mogućnost ručnoga otvaranja vrata i postavljanja infuzijskoga sistema s minimalno 2 sigurnosne stezaljke                                                                                                                                 |                                 |                      |
| 1.25.        | Test s funkcijom automatske provjere ispravno postavljenoga sistema u pumpu                                                                                                                                                              |                                 |                      |
| 1.26.        | Izbornik na hrvatskom jeziku                                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |
| <b>1.27.</b> | <b>Standardi sukladnosti:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |
| 1.27.1.      | Elektromedicinska sigurnost: IEC 60601-1                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |
| 1.27.2.      | Elektromagnetska kompatibilnost: IEC 60601-1-2                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |
| 1.27.3.      | Posebni standardi: IEC 60601-2-24                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |
| <b>1.28.</b> | <b>Električna sukladnost:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |
| 1.28.1.      | Zaštita od curenja struje: otpornost na defibrilaciju tip CF                                                                                                                                                                             |                                 |                      |
| 1.28.2.      | Zaštita od el. udara: klasa II                                                                                                                                                                                                           |                                 |                      |
| <b>1.29.</b> | <b>Baterija:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |
| 1.29.1.      | Litij-ionska baterija                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |
| 1.29.2.      | Trajanje baterije: minimalno 8 h pri protoku od 25 ml/h                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |
| 1.29.3.      | Punjenje baterije: maksimalno 6 h (kada je uređaj isključen)                                                                                                                                                                             |                                 |                      |
| 1.30.        | Električno napajanje: 100 - 240 V, 50/60 Hz pomoću standardnoga kabela                                                                                                                                                                   |                                 |                      |
| 1.31.        | Indeks zaštite od ulaska vode ili čestica: minimalno IP22                                                                                                                                                                                |                                 |                      |
| <b>1.32.</b> | <b>Postavljanje uređaja</b>                                                                                                                                                                                                              |                                 |                      |
| 1.32.1.      | Ugrađena, neodvojiva rotirajuća sigurnosna stezaljka na uređaju                                                                                                                                                                          |                                 |                      |

| Red<br>br. | Naziv i opis predmeta nabave                                                                | Potvrda<br>trežene<br>karakteristike: | Stranica u<br>katalogu: |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.32.2.    | Mogućnost postavljanja pumpe na stalak, šinu ili postolje (horizontalne i okomite površine) |                                       |                         |
| 1.32.3     | Povezivanje minimalno 3 uređaja pomoću integrirane stezaljke bez dodatne opreme             |                                       |                         |
|            | Jedinična cijena po komadu (bez PDV-a):                                                     |                                       |                         |
|            | a) Ukupno cijena za 5 komada (bez PDV-a):                                                   |                                       |                         |
|            | Stopa PDV-a                                                                                 |                                       |                         |
|            | PDV na cijenu 5 kom:                                                                        |                                       |                         |
|            | A) Ukupno cijena za 5 komada (uključujući PDV):                                             |                                       |                         |



| Red br.                                         | Naziv i opis predmeta nabave                                                                                                                                           | Potvrda trežene karakteristike: | Stranica u katalogu: |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Red br.                                         | Naziv i opis predmeta nabave                                                                                                                                           | Potvrda trežene karakteristike: | Stranica u katalogu: |
| <b>B) STANDARDNA PERFUZIJSKA PUMPA - KOM.15</b> |                                                                                                                                                                        |                                 |                      |
| 1.1                                             | Vrsta jedinice: Volumetrijska infuzijska pumpa na štrcaljku za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova                                                            |                                 |                      |
| 1.2.                                            | Putevi primjene: intravenski ili potkožni pristup                                                                                                                      |                                 |                      |
| 1.2                                             | <b>Podešavanje protoka lijeka:</b>                                                                                                                                     |                                 |                      |
| 1.2.1.                                          | Infuzijski protok: minimalno 0,1 - 1200 ml/h (ovisno o zapremnini štrcaljke)                                                                                           |                                 |                      |
| 1.2.2.                                          | Minimalno od 10 - 99.9 ml/h ili šire u koracima ne manjim od 0,1 ml/h                                                                                                  |                                 |                      |
| 1.2.3.                                          | Minimalno od 100 - 1200 ml/h ili šire u koracima ne manjim od 1 ml/h                                                                                                   |                                 |                      |
| 1.3.                                            | Preciznost protoka: minimalno $\pm 1\%$ na mehanizmu, $\pm 2\%$ na štrcaljki                                                                                           |                                 |                      |
| 1.4                                             | Zapremine štrcaljki: minimalno od 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ml ili širi raspon                                                                                           |                                 |                      |
| 1.5.                                            | Vrste štrcaljki: minimalno do 100 tipova                                                                                                                               |                                 |                      |
| 1.6                                             | <b>Infuzijski modovi (ml/h) minimalno:</b>                                                                                                                             |                                 |                      |
| 1.6.1.                                          | Jednostavna brzina – infuzija programirana brzinom u ml/h                                                                                                              |                                 |                      |
| 1.6.2.                                          | Volumen/vrijeme – infuzija programiranoga volumena (0,1 - 99,9 ml) tijekom programiranoga vremenskoga razdoblja od minimalno 00 h 01 min - 96 h 00 min ili širi raspon |                                 |                      |
| 1.6.3.                                          | Ograničenje volumena – infuzija s ograničenjem volumena koji se daje infuzijom ne manje od 0,1 - 999 ml                                                                |                                 |                      |
| 1.7.                                            | Podešavanje volumena lijeka: ne manje od 0,1 - 999 ml                                                                                                                  |                                 |                      |
| 1.8.                                            | Propiranje: obavezno, neobavezno ili preporučeno (brzina 1200 ml/h)                                                                                                    |                                 |                      |
| 1.9.                                            | Bolus: direktni bolus dok se drži pritisnuta tipka, maksimalne brzine 1200 ml/h s povećanjima u koracima od 50 ml/h ili manje                                          |                                 |                      |
| 1.10.                                           | KVO (podesivo): minimalno od 0,1 do 5 ml/h ili širi raspon za kontinuiranu infuziju ili završetak                                                                      |                                 |                      |
| 1.11                                            | Pauza: minimalno od 00 h 01 min - 24 h 00 min ili širi raspon (u koracima ne manjim od 1 minutu)                                                                       |                                 |                      |

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave                                                                                                                                                                                                                                                                 | Potvrda trežene karakteristike: | Stranica u katalogu: |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1.12.   | Zapis minulih događaja: minimalno 1500 posljednjih događaja                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |
| 1.13.   | Automatsko prepoznavanje zapremnine postavljene štrcaljke                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |
| 1.14.   | Vidljiva štrcaljka za vrijeme isporuke terapije                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                      |
| 1.16.   | Grafički prikaz događaja na zaslonu: Isporučeni volumen, tlak i brzina protoka                                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |
| 1.17.   | <b>Noćni rad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                      |
| 1.17.1. | Jačina osvjetljenja zaslona kao i indikacijska svjetla su prigušeni                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                      |
| 1.17.2. | Opcija isključivanja zvuka tipkovnice                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |
| 1.17.3. | Programiranje ručno ili automatski za željeni vremenski period                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |
| 1.18.   | Mogućnost priključka za napajanje u vozilima hitne pomoći                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |
| 1.19.   | Status zaključane tipkovnice                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |
| 1.20.   | <b>Modeli i granice tlaka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |
| 1.20.1. | Minimalno 2 dostupna modela; varijabilni ili s minimalno 3 prethodno postavljene razine                                                                                                                                                                                                      |                                 |                      |
| 1.20.2. | Granice tlaka: raspon ne manje od 50 - 900 mm Hg (minimalno 25 mmHg povećanja od 50 - 250 mmHg ili širi raspon / minimalno 50 mmHg povećanja od 250 - 900 mmHg ili širi raspon)                                                                                                              |                                 |                      |
| 1.20.3. | Sustav dinamičke kontrole tlaka u liniji za detekciju variranja tlaka u liniji i mogućnost predviđanja opstrukcije ili curenja unutar linije                                                                                                                                                 |                                 |                      |
| 1.20.4. | Monitoriranje tlaka: grafički prikaz tlaka u infuzijskoj liniji i limita tlaka pomoću piktograma                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |
| 1.20.5. | Anti-bolus sustav: automatska redukcija volumena bolusa nakon okluzijskoga alarma (do najmanje 0,35 ml za štrcaljku od 50 ml)                                                                                                                                                                |                                 |                      |
| 1.21.   | <b>Vrste pred-alarma, alarma i sigurnosti:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                      |
| 1.21.1. | Stanje pumpe prikazano indikacijskim lampicama: zelena za infuziju u tijeku, narančasta za stanja pred-alarma i upozorenja, crvena za alarme                                                                                                                                                 |                                 |                      |
| 1.21.2. | Svi se alarmi iskazuju svjetlosnim indikatorima, tekstualnom porukom, slikovnim prikazom i zvučnim signalom                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |
| 1.22.   | Nadzor tijeka isporuke terapije: alarmi u slučaju okluzije, pred-alarm i alarm kraja infuzije (minimalno 5 minuta prije kraja infuzije ili podesivo) pred-alarm i alarm maksimalno dopuštenoga volumena, zaključavanje izbornika, meke i tvrde granice protoka, istek vremena trajanja pauze |                                 |                      |
| 1.23.   | Kontrola uređaja: pred-alarm slabe baterije, alarm prazne baterije, prikaz kapaciteta baterije, alarm nepotvrđenih postavki prilikom podešavanja                                                                                                                                             |                                 |                      |
| 1.24.   | Ugrađena pomična stezaljka za manualno podešavanje i dodatno osiguravanje klipa štrcaljke s ciljem prevencije nehotimičnoga bolusa                                                                                                                                                           |                                 |                      |

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave                                                                | Potvrda trežene karakteristike: | Stranica u katalogu: |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1.25.   | Izbornik na hrvatskom jeziku                                                                |                                 |                      |
| 1.26.   | <b>Standardi sukladnosti:</b>                                                               |                                 |                      |
| 1.26.1. | Elektromedicinska sigurnost: IEC 60601-1                                                    |                                 |                      |
| 1.26.2. | Elektromagnetska kompatibilnost: IEC 60601-1-2                                              |                                 |                      |
| 1.26.3. | Posebni standardi: IEC 60601-2-24                                                           |                                 |                      |
| 1.27.   | <b>Električna sukladnost:</b>                                                               |                                 |                      |
| 1.27.1. | Zaštita od curenja struje: otpornost na defibrilaciju tip CF                                |                                 |                      |
| 1.27.2. | Zaštita od el. udara: klasa II                                                              |                                 |                      |
| 1.28.   | <b>Baterija:</b>                                                                            |                                 |                      |
| 1.28.1. | Litij-ionska pametna baterija                                                               |                                 |                      |
| 1.28.2. | Trajanje baterije: minimalno 11 h pri protoku od 5 ml/h                                     |                                 |                      |
| 1.28.3. | Punjenje baterije: maksimalno 6 h (kada je uređaj isključen)                                |                                 |                      |
| 1.29.   | Električno napajanje: 100 - 240 V, 50/60 Hz pomoću standardnoga kabela                      |                                 |                      |
| 1.30.   | Indeks zaštite od ulaska vode ili čestica: minimalno IP22                                   |                                 |                      |
| 1.31.   | <b>Postavljanje uređaja</b>                                                                 |                                 |                      |
| 1.31.1. | Ugrađena, neodvojiva rotirajuća sigurnosna stezaljka na uređaju                             |                                 |                      |
| 1.31.2. | Mogućnost postavljanja pumpe na stalak, šinu ili postolje (horizontalne i okomite površine) |                                 |                      |
| 1.31.3. | Povezivanje minimalno 3 uređaja pomoću integrirane stezaljke bez dodatne opreme             |                                 |                      |
| 1.32.   | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnoga zračenja (MRI)                               |                                 |                      |
|         | Jedinična cijena po komadu (bez PDV-a):                                                     |                                 |                      |
|         | b) Ukupno cijena za 15 komada (bez PDV-a):                                                  |                                 |                      |
|         | Stopa PDV-a                                                                                 |                                 |                      |
|         | PDV na cijenu 15 kom:                                                                       |                                 |                      |
|         | B) Ukupno cijena za 15 komada (uključujući PDV):                                            |                                 |                      |
|         | UKUPNO CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (a+b):                                                       |                                 |                      |
|         | UKUPNO CIJENA PONUDE S PDV-om (A+B):                                                        |                                 |                      |



U \_\_\_\_\_, 2021.

M.P.

ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osebe ponuditelja)