



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

KLASA: 530-01/26-01/009
URBROJ: 251-29-13-26-04
Zagreb, 16.02.2026.

PREDMET: Odgovor na upit gospodarskog subjekta za predmet ev.br. nabave 51-38/2026

Upit gospodarskog subjekta za postupak **nabave Ultrazvučni uređaj za potrebe Klinike za urologiju (hitna urološka amb.) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice ev.br. nabave 51-38/2026**, koji glasi:

Poštovani,

molimo Vas za pojašnjenje zahtjeva u tehničkoj specifikaciji koji se odnosi na kompatibilnost dijagnostičkog ultrazvučnog uređaja s koračnikom za izvođenje fokalne terapije u urologiji (opisano u stavci redni broj 5.2.).

Ljubazno Vas molimo da precizirate podrazumijeva li se pod navedenom kompatibilnošću: tehnička (hardverska) usklađenost, softverska podrška (npr. fusion, planiranje i mapiranje), ili isključivo mogućnost praćenja proceduralnih koraka tijekom intervencije.

Također, molimo da navedete koji su minimalni tehnički ili funkcionalni kriteriji koje uređaj mora ispunjavati da bi zadovoljio navedenu stavku.

Molimo izmjenu vezano uz stavku 3.1. Konveksna sonda: programabilna tipka u kućištu sonde, min. funkcionalnost: print, pohrana, zamrzavanje slike Izmjena: programabilna tipka u kućištu sonde ili putem nožne pedale, min. funkcionalnost: print, pohrana, zamrzavanje slike.

Odgovor Naručitelja:

Imamo uređaj za fokalnu terapiju te nam je potrebna kompatibilnost i na softverskoj i na hardverskoj razini kao i praćenje proceduralnih koraka tijekom intervencije. To je nužno kako bi se ostvarila triangulacija sonde koje koristimo za transperinealnu elektroporaciju kod raka prostate. Pri tome imamo kompatibilnu transrektalnu sondu koju možemo koristiti na oba uređaja, a predviđena je za transperinealne procedure. Želimo da tipke budu na sondi jer nam je tako jednostavnije za rad i praktičnije u ambulanti. Stoga odbijamo molbu gospodarskog subjekta za izmjenu stavke 3.1. u Troškovniku.

S poštovanjem

SLUŽBA ZA STRATEŠKU NABAVU