



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

KLASA: 530-01/26-01/045
URBROJ: 251-29-13-26-04
Zagreb, 13. kolovoz 2026.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama

- sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,
- objavljuje se,

1. Osnovne informacije

- **Naručitelj:** Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- **Predmet nabave:** *Oprema za neonatalnu intenzivnu jedinicu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice*

1. GRUPA

2. GRUPA

Procijenjena vrijednost nabave: 398.000,00 eura (bez PDV) odnosno po grupama nabave

BROJ GRUPE	NAZIV GRUPE	BEZ PDV-a
1	1. GRUPA	106.000,00
2	2. GRUPA	292.000,00

- **Vrsta postupka:** Otvoreni postupak javne nabave
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Naručitelj je dana 30. srpnja 2026. godine objavio **Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama**, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 06. kolovoza 2026. godine do 16:00 sati.

2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi

U okviru tehničkih konzultacija, zaprimljeni su prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenu Troškovnika za 2. Grupu koji se nalaze u prilogu ovog Zapisnika zajedno sa upisanim odgovorima na isti.

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima

Naručitelj ne prihvaća prijedloge za brisanje i izmjenu opisa stavki u Troškovniku za Grupu 2. Obrazloženja razloga neprihvatanja pojedinih prijedloga sastavni su dio priloga ovom Zapisniku, u kojem su uz svaki zaprimljeni prijedlog navedeni odgovarajući odgovori Naručitelja.

U odnosu na prijedlog koji nije bio unesen izravno u Troškovnik, već je dostavljen putem elektroničke pošte, a koji glasi: „Također ljubazno molimo za izdvajanje stavke II. Monitor vitalnih funkcija u posebnu grupu predmeta nabave radi osiguranja načela transparentnosti i tržišnog natjecanja“, Naručitelj daje sljedeće očitovanje: vezano uz prijedlog zainteresiranoga gospodarskog subjekta za razdvajanje predmeta nabave na više grupa, očitujemo se da se prijedlog ne prihvaća.

Predmet nabave određen je kao jedinstvena, tehnički i funkcionalno objektivno određiva cjelina. Tražena oprema namijenjena je uporabi u neonatalnoj intenzivnoj jedinici, na istom mjestu korištenja, te je međusobno povezana zajedničkom namjenom i potrebom osiguravanja funkcionalne interoperabilnosti uređaja u svakodnevnom kliničkom radu.

Objedinjavanje opreme u jednu grupu temelji se na objektivnim kriterijima, ponajprije prema namjeni, mjestu uporabe i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti uređaja. Takav pristup omogućuje cjelovito i pravodobno opremanje neonatalne intenzivne jedinice te osigurava usklađenost isporuke, instalacije, puštanja u rad i edukacije korisnika.

Ponuditelji su obvezni ponuditi svu traženu opremu iz grupe, pri čemu im je, radi osiguravanja tržišnog natjecanja, na raspolaganju mogućnost podnošenja zajedničke ponude.



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

4. Zaključak

Tehničke konzultacije okončane su 06. kolovoza 2026. godine.

Naručitelj će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
prof.dr.sc. Davor Vagić, dr. med.



- oprema za neonatologiju

R. br.	Naziv	Količina
I.	Uređaj za zatvorenu i otvorenu intenzivnu skrb novorođenčadi	7
II.	Monitor vitalnih funkcija	7
III.	Stolci za reanimaciju i toplinsku terapiju novorođenčadi i nedonoščadi	1
IV.	Transkutani bilirubinometar	1

[illegible]

9.4.	Masa transportnog modula s integriranim baterijom max. 3,4 kg
9.5.	Pohrana trendova mjernih parametara najmanje 48 sati unazad u samom transportnom monitoru
9.6.	Docking jedinica sa svojstvom nosača, komunikacijskog sučelja i izvora napajanja monitora
9.7.	Docking jedinica za brzo odvajanje transportnog monitora upotrebom jedne ruke
9.8.	Dvostruka kontrola nad funkcijama monitora uz kreće pacijenta - putem Automatski prijenos podataka zabilježeni tokom transporta prikliom
9.9.	upajanje transportnog monitora na došle jedinicu
9.10.	Automatsko zaključanje tilke na ekranu za 180° za ispravan prikaz neovisno o položaju u koji je transportni monitor postavljen
9.11.	Praćenje sljedećih parametara: EKG – 3 odvođa, respiracija, SpO2 - saturacija krvi kisikom (algoritam Massimo II Nellcor), NIBP - neinvazivni tlak, BP - invazivni tlak x 2, temperatura
9.12.	Mogućnost nadograđnje za praćenje sljedećih parametara:
9.12.1.	Mjerenje eTCo2 metodom u glavnom toku (eng. Mainstream) bočnom toku s minimalnim uzorkom (eng. Microstream)
9.12.2.	BP – praćenje Broja udara od barem 4
9.12.3.	U potpunosti neinvazivno kontinuirano mjerenje ukupnog hemoglobina (SpHb)
9.13.	Ugrađen alat:
9.13.1.	Alat za praćenje odvijanja manevara ispušavanja pluća s prikazom učinka na mehaniku pluća i hemodinamske parametre na jednom integriranom prikazu na transportnom ili glavnom monitoru
9.13.2.	Alat za mjerenje parametara variranja pulsnog tlaka – PPV i variranja sistoličnog tlaka – SPV na transportnom ili glavnom monitoru
9.14.	Konsenzno sučelje: ekran osjetljiv na dodir ili dodatno retroaktivni gumb
9.15.	Ugrađena baterija koja osigurava napajanje cijelog postaja u slučaju izvanrednog prekida centralnog napajanja u teškoj Euro. Sinsidna ili jednokazipodno
9.16.	Pribor za praćenje parametara: EKG neo pacijent kabel, cijepo za mjerenje tlaka i tri veličine jednokratnih neo manžete, osnovni kabel i jednokratni SpO2 neo senzori Masimo
9.17.	Priključci: USB priključak za prijenos podataka, priključak za međusobno povezivanje medicinskih uređaja, mrežni LAN/RJ45 priključak
III.	Stolici za reanimaciju i toplinsku terapiju novorođenčadi i nedonoščadi
1.	Mobilno podvozje, zakretni kotači s kočnicama
2.	Dimenzija matrice minimalno 70x48 cm

[illegible]

[illegible]

[illegible]