



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

KLASA: 530-01/26-01/046
URBROJ: 251-29-13-26-04
Zagreb, 03. rujan 2026.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama

- sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,
- objavljuje se,

1. Osnovne informacije

- **Naručitelj:** Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- **Predmet nabave:** *Sistemi za vađenje krvi – vakutajneri za potrebe KBC Sestre milosrdnice*
 - 1. Grupa:** *Zatvoreni sistemi za vađenje krvi i urina s pripadajućim iglama i priborom*
 - 2. Grupa:** *Zatvoreni sistemi za vađenje krvi za određivanje elemenata u tragovima*

Procijenjena vrijednost nabave: 596.436,42 eura (bez PDV) odnosno po grupama nabave

BROJ GRUPE	NAZIV GRUPE	BEZ PDV-a
1	1. Grupa: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi i urina s pripadajućim iglama i priborom	594.636,42
2	2. Grupa: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi za određivanje elemenata u tragovima	1.800,00

- **Vrsta postupka:** Otvoreni postupak javne nabave
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Naručitelj je dana 12. kolovoza 2026. godine objavio **Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama**, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 19. kolovoza 2026. godine do 16:00 sati.

2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi

U okviru tehničkih konzultacija, zaprimljeni su prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata kako slijedi:

1. U GRUPI 2. stavka 1. Predlažemo izmjenu teksta:

Epruveta vakuum za elemente u tragu iz seruma, clot activator, a' 6 mL plastična sa zaštitnim čepom (13x100)

2. Prijedlog izmjene tehničke specifikacije i strukture Grupe 1 – Zahtjev za izdvajanjem urinarnog i kapilarnog programa u zasebne grupe

Referenca na grupu: 1. Grupa: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi i urina s pripadajućim iglama i priborom

Zahtjev / Prijedlog izmjene:

Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže naručitelju da iz postojeće Grupe 1 **izdvoji tehnološki i klinički nesrodne artikle** u zasebne, neovisne grupe nabave:

1. **ZAHTJEV A:** Izdvajanje stavki 39, 40, 41 i 42 (Urin program) u zasebnu grupu.
2. **ZAHTJEV B:** Izdvajanje stavki 22, 23, 29 i 30 (Kapilarni program - Lancete) u zasebnu grupu.

Stručno i tehničko obrazloženje zahtjeva

1. Kontradikcija u Općim napomenama naručitelja (Kompatibilnost)

Naručitelj je u općim napomenama za cijelu Grupu 1 postavio izričit zahtjev: „*traži se potpuna kompatibilnost igle, holdera (držača) i epruvete za vensko uzorkovanje*“.

Ovaj zahtjev stvara **tehnički apsurd i izravnu kontradikciju** ako se primijeni na cijelu grupu:

- **Kapilarno vađenje (Stavke 22, 23, 29. i 30.):** Kapilarni program koristi **sigurnosne lancete** za ubod u jagodicu prsta ili petu. Kod ove metode **ne postoje i ne koriste se venske igle niti venski holderi (držači)**. Kapilarna krv se uzorkuje mikroeprevetama, a ne vakumskim venskim sustavom.
- **Urin program (Stavke 39. – 42.):** Sustavi za urin koriste isključivo plastične slamke, kontejnere i epruvete za urin. Za njih je pojam „igle i holdera za vensko uzorkovanje“ potpuno neprimjenjiv.

Zahtijevanjem kompatibilnosti elemenata venskog sustava unutar grupe koja istovremeno sadrži lancete i epruvete za urin, naručitelj tehnički onemogućava predaju ponude. Ponuditelji ne mogu potvrditi vensku kompatibilnost za artikle koji po svojoj prirodi uopće nisu dio venskog sustava.



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

2. Tehnička i klinička nesrodnost kapilarnog programa (Stavke 22, 23, 29. – 30.)

Spajanje lanceta za kapilarno vađenje s venskim iglama i baby setovima narušava tržišno natjecanje:

- Lancete (stavke 29. i 30.) predstavljaju samostalne, integrirane sigurnosne mehanizme s definiranim dubinama uboda (1,5 mm i 2,0 mm) namijenjene pedijatriji, neonatologiji i brzim point-of-care testovima.
- Vodeći svjetski proizvođači kapilarnih sustava često su potpuno drugačiji pravni i proizvodni subjekti od proizvođača venskih igala. Vezanjem ovih stavki u jednu cjelinu naručitelj riskira dobivanje lošijih tehničkih rješenja.

3. Logistička i klinička nesrodnost urinarnog programa (Stavke 39. – 42.)

Kao što je ranije navedeno, urin je potpuno drugačiji biološki matriks:

- Urin program ne služi za invazivne punkcije tkiva.
- Postupanje s urinom regulirano je **Europskim smjernicama za analizu urina (European Urinalysis Guidelines)**, koje nemaju nikakve dodirne točke s flebotomijom (venskim vađenjem).

4. Praksa javne nabave u RH (KBC Split) i kršenje ZJN-a

U postupcima javne nabave velikih kliničkih centara u RH, poput KBC-a Split, KBC Zagreb standardna je praksa da se **urinarni program i kapilarni programi odvajaju od venskog programa za vađenje krvi**.

Objedinjavanjem svih ovih stavki u golemim količinama (npr. preko 540.000 komada standardnih igala i preko 218.000 komada epruveta za urin) naručitelj izravno **krši članak 200. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)**. Na ovaj se način stvara umjetna monopolistička prednost za jednog ili dva distributera na tržištu, dok se ostalim specijaliziranim gospodarskim subjektima onemogućuje sudjelovanje u postupku.

Zaključak

Kako bi se uklonile tehničke kontradikcije u tenderskoj dokumentaciji i osiguralo zakonito tržišno natjecanje, zahtijevamo od naručitelja da:

1. Izdvoji stavke 22, 23, 29. i 30. u zasebnu grupu (Kapilarni program).
2. Izdvoji stavke 39. – 42. u zasebnu grupu (Urin program).
3. Prilagodi opće napomene o kompatibilnosti isključivo onoj grupi koja se odnosi na vensko uzorkovanje krvi

PREDMET: Dopuna prigovora za stavku 39 (Grupa 1) – Zahtjev za uvođenjem volumenskog raspona (100 – 120 ml) za kontejnere za urin

Referenca na stavku: Stavka 39. Kontejner za urin (s integriranim transfernim mehanizmom/iglom)

Zahtjev / Prijedlog izmjene:

Zahtijeva se od naručitelja da izmijeni tehničku specifikaciju u stavci 39 na način da umjesto jedne fiksne



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

vrijednosti definira **funkcionalni volumenski raspon od 100 ml do 120 ml** (npr. „*kontejner za urin s integriranim mehanizmom za prijenos, volumena u rasponu od 100 do 120 ml*“).

Obrazloženje i tehničko-komercijalni dokazi

1. Tržišna dostupnost i standardi proizvodnje

U medicinskoj praksi i industriji preanalitike, kontejneri za uzorkovanje urina s integriranom slamkom ili iglom u poklopcu standardno se proizvode u različitim nazivnim volumenima ovisno o kalupu i patentu pojedine tvornice:

- Neki renomirani proizvođači te posude deklariraju kao **100 ml** (s gradacijom do vrha), dok drugi proizvode standardne medicinske posude volumena **110 ml** ili **120 ml**.
- Svi ovi kontejneri imaju **identičnu kliničku svrhu i funkcionalnost**: omogućuju pacijentu davanje uzorka te osiguravaju siguran, zatvoren i sterilan prijenos urina u vakumsku epruvetu putem integriranog mehanizma u poklopcu.

2. Nepostojanje kliničkog opravdanja za fiksni volumen

Ne postoji niti jedan medicinski, laboratorijski ili dijagnostički razlog zašto bi kontejner morao imati isključivo npr. točno 100 ml ili točno 120 ml. Prema tome, svaki komercijalno dostupan kontejner u rasponu od 100 do 120 ml u potpunosti i jednako kvalitetno zadovoljava potrebe laboratorija.

3. Povreda načela tržišnog natjecanja (ZJN 2016)

Inzistiranjem na jednoj fiksnoj mililitraži naručitelj postupa suprotno **članku 200. i članku 213. Zakona o javnoj nabavi**. Time se diskvalificiraju svi ostali ponuditelji koji imaju komercijalno dostupne, visokokvalitetne i sterilne sustave za urin, ali čije posude odstupaju za nekoliko mililitara od kruto postavljenog zahtjeva. Ovakva praksa dovodi do umjetnog sužavanja tržišta i potencijalno veće cijene za samog naručitelja.

Zaključak

U svrhu omogućavanja predaje ponuda svim ravnopravnim distributerima i proizvođačima na tržištu, te osiguranja ekonomski najpovoljnije nabave, zahtijevamo da se specifikacija stavke 39 ublaži i postavi kao **raspon od 100 – 120 ml**.

3. Molimo Vas da stavku 9. izmijenite na način da se, uz navedenu plastičnu epruvetu, omogući i ponuda odgovarajuće staklene epruvete istih funkcionalnih karakteristika i dimenzija. Smatramo da bi se na taj način omogućilo sudjelovanje većeg broja potencijalnih ponuditelja i različitih tehničkih rješenja koja odgovaraju traženoj namjeni, uz očuvanje traženih funkcionalnih karakteristika proizvoda.



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima

1. Naručitelj je uvažio prijedloge koji se odnose na Grupu 2 te će ih uzeti u obzir prilikom izmjene i dopune natječajne dokumentacije.
2. Vezano uz prijedlog pod rednim brojem 2. naručitelj odgovara kako slijedi: vezano uz Vašu primjedbu, obavještavamo Vas da smo uvažili Vaše prijedloge te smo program za uzorkovanje mokraće i kapilarne krvi izdvojili u posebne grupe. Volumen spremnika za uzorkovanje jednokratne mokraće je naveden kao minimalni volumen od 100 mL, prema tome je jasno da se prihvaća i veći volumen.
3. Naručitelj **ne** prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Budući da smo iz tablice izbacili epruvete s citratom za sedimentaciju te formirali novu grupu 5 za sedimentaciju iz EDTA krvi (spremnici volumena 1,5 do 3,5 mL) uz popratni uređaj, zahtjevu u ovom dijelu nismo udovoljili.

Naručitelj ujedno obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte da se prihvaćanjem većine zaprimljenih prijedloga mijenja broj grupa, a samim time i procijenjena vrijednost predmeta nabave te ista sada iznosi: **640.671,39 eura (bez PDV) za razdoblje do 2 (dvije) godine odnosno po grupama nabave za razdoblje do 2 (dvije) godine**

BROJ GRUPE	NAZIV GRUPE	BEZ PDV-a
1	1. Grupa: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi s pripadajućim iglama i priborom	424.125,51
2	2. Grupa: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi za određivanje elemenata u tragovima	1.800,00
3	3. Grupa: Mikrospremnici i pribor za kapilarno vađenje krvi	44.261,20
4	4. Grupa: Spremnici za mokraću i pribor	143.424,68
5	5. Grupa: Sedimentacija eritrocita	27.060,00

4. Zaključak

Tehničke konzultacije okončane su 19. kolovoza 2026. godine. Naručitelj će izmjene Troškovnika koje su prihvaćene izmijeniti u Troškovnicima te će predmetni postupak staviti na prethodno savjetovanje sukladno ZJN 2016.



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 294
fax.: 01 3768 270

Naručitelj će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
prof.dr.sc. Davor Vagić, dr. med.

